

Identification du risque  Nature du risque	Secrétariat	Techniques usuelles	Techniques spéciales	Lecture cyto	Coursier	Agent entretien	Médecin	Actions de prévention
								- existants - à mettre en oeuvre
1 - Risques liés aux nuisances traduites par la salubrité des locaux : l'ambiance thermique – le bruit – l'éclairage – l'hygiène  majoration de la fatigue physique et psychique	0	0	-	0	0	0	0	Adaptation des locaux à l'exercice professionnel - Entretien quotidien - Maintenance des systèmes de chauffage, d'éclairage
2 - Risques liés aux troubles de la statique ou de la posture sur le poste de travail  troubles musculo-squelettiques, dorso-lombalgies, cervicalgies	1	1	-	1	1	1	1	Rotation du personnel sur poste de travail – Limitation de la durée de travail sur poste à risque (lecture microscopique)
3 - Risques visuels liés au travail : - sur écran informatique - sur microscope fatigue visuelle – céphalalgies induites...	1 0	0 0	-	1 1	0 0	0 0	1 1	Rotation du personnel sur poste de travail – Limitation de la durée de travail sur poste à risque (lecture microscopique)
4 - Risques liés à l'accueil du public - accueil physique ou téléphonique  stress – troubles psychiques induits	1	0	-	0	0	0	2	Mise en situation – Consignes de dédramatisation
5 – Risque incendie	1	1	-	1	1	1	1	Maintenance des systèmes d'extinction – Visualisation des affichages de consignes incendies
6 – Risques traumatiques liés à la manipulation d'appareillage  plaies - coupures cutanées, cutanéotendineuses par microtome	0	1	-	0	0	0	1	Consignes d'utilisation des appareillages
7 – Risques liés à la manutention d'objets lourds  lombalgies – dorsalgies	0	1	-	0	1	1	1	Consignes pour la manutention d'objets lourds
8 – Risques liés à la conduite automobile  dommage corporel lors d'un accident	1	1	-	0	2	0	2	Maintenance des véhicules – Respect des règles de sécurité routière
9 – Risques liés à la manipulation de produits chimiques toxiques et/ou cancérigène  risques liés à l'exposition au formol	0	1	-	0	1	0	1	Utilisation des systèmes d'extraction d'air – ventilation  utilisation de flacons pré-formolés
10 – Risques biologiques – Contamination par produit biologique infecté  risques liés à piqure ou projection d'un liquide biologique ou pièce opératoire non fixée	0	2	-	0	1	0	2	Respect des règles de protection individuelle - Mise en oeuvre de la procédure en cas d'accident avec risque de contamination  modification de la procédure d'accueil – réception des prélèvements